

## Emerade – Läkemedelsverket uppmanar patienter att kontakta vården för byte till annan penna

En felaktig komponent i autoinjektorn kan vara orsaken till att Emerade injektionspenna med adrenalinlösning i vissa fall inte fungerar. Även om risken är liten att injektionspennan inte fungerar som avsett, råder Läkemedelsverket de som har injektionspennan att kontakta läkare för att, i mån av tillgång, byta till annan adrenalinpenna.

Emerade 150/300/500 mikrogram lösning för injektion är godkänd för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner (anafylaxi).

Enligt Läkemedelsverket förväntas de flesta Emerade adrenalinpennor fungera som avsett trots felet, men Läkemedelsverket rekommenderar läkare att i första hand förskriva adrenalinpennor av annat fabrikat till dess att tillverkaren kommit till rätta med problemen med Emerade adrenalinpenna.

Läkemedelsverket har även på sociala medier gått ut med information där de uppmanar patienter att kontakta vården för att få en ny penna förskriven. Detta kan innebära att patienter i större utsträckning kommer att kontakta vården i detta ärende.

### Alternativ till Emerade injektionspenna:

Jext	(150 µg och 300 µg) finns tillgängliga
Epipen	150 µg (1 och 2-pack) finns tillgängliga
	300 µg – restnoterat (1- pack ovisst, 2- pack 2020- 01-14)

Beakta att de olika pennorna hanteras på olika sätt vilket patienten bör informeras om. Information om hantering och bilder av de olika pennorna finns att tillgå i bipacksedeln. Förskrivande enhet kan om behov föreligger erbjuda genomgång av nya pennan. Patienter rekommenderas alltid att bära med sig 2 pennor.

Mer information om Emerade och konstruktionsfelet finns på [Läkemedelsverket](#).

Karin Andersson, apotekare Läkemedelsgruppen Utvecklingsavdelningen  
Christina Botvid, Överläkare Barn och ungdom, Terapigrupp Andningsorganen  
Malgorzata Zietara, Överläkare Allergimottagningen Medicinkliniken