

Nyhetsbrev nr 5 – Maj 2024

Säkerhetsmeddelande/korrigerande åtgärder

Här rapporterar vi om de säkerhetsmeddelande/korrigerande åtgärder från leverantör som rör oss på Hjälpmedelscenter. De säkerhetsåtgärder som kräver någon form av åtgärd från dig som förskrivare läggs antingen ut som påloggsinfo i webSesam eller sänds via e-post direkt till berörda förskrivare och chefer.

Rollator Volaris från Eurovema

Korrigerande åtgärder i form av utbyte av framhjulsbultar pågår på berörda rollatorer enligt tidigare utsänd information (info finns även som påloggsinfo i webSesam). Ca 2800 rollatorer berörs i Blekinge och arbetet med utbytet påbörjades under hösten 2023 och ca 95% av rollatorerna är nu åtgärdade. Till en början gjorde Hjälpmedelscenter detta i egen regi, men sedan två månader tillbaka utför Eurovemas personal åtgärderna, men det innebär ingen förändring för dig som förskrivare.

Kryckkäpp med anatomiska handtag från Swereco

De förskrivare/beställare som berördes av aktuellt säkerhetsmeddelande har fått info per e-post. Här rörde det sig endast om ca 90 kryckor som skulle kontrolleras och eventuellt bytas ut. Arbetet är klart och slutrapport skickat till Swereco.

Elektrisk 24V arbetsstol från Eurovema

Utbyte av elektronik pågår och är i stort sett avklarat.

Andningsmasker från ResMed

Magnetclips kan orsaka störningar på ex. pacemaker. Användare av masker är kontaktade för utbyte.

Förändrat utförande Rollator Gemino 20

Designen på rollator Gemino 20 har förändrats något avseende gafflar och hjul (syns på gaffel), artikelnumret är detsamma och likaså funktionen, men det kan vara bra för er att veta att utseende kan skilja sig åt. De två olika varianterna ser ut så här:

Bild 1 - Tidigare gaffel



Bild 3 - Ny gaffel



Artikel 27414 - Montering

Artikel 27414 används när du som förskrivare/beställare önskar att tekniker från Hjälpmiddelscenter utför montering av beställda produkter. Vi vill be er vara noga och fylla i all nödvändig information för att tekniker ska kunna utföra jobbet.

Till exempel; du beställer endast ett höftbälte och lägger till artikel 27414 på kundordern. Då är det väsentligt att det framgår vilket hjälpmedel höftbältet ska monteras på, och var hjälpmedlet finns. Handlar det om ett tillbehör som kan monteras både på vänster och höger sida av huvudhjälpmedlet (t. ex. stöd- och vändhandtag på säng, kryckkåphållare på rollator eller liknande), se till att det framgår vilken sida artikeln ska monteras på.

Det är bara bra om du är övertydlig. Hellre för mycket information än för lite!

Drivaggregat Viamobil

För närvarande har vi problem med montering av drivaggregat Viamobil på Etacs rullstolar. Den är därför ej beställningsbar för närvarande. Vänligen se sortimentsöversikten för alternativt drivaggregat.

Konsulenter i tjänst sommaren 2024

Under vecka 26 till och med vecka 33 är det semesterperioder, vilket innebär att vi är färre i tjänst. Vid behov av hjälp dessa veckor kontakta de konsulenter som är i tjänst, alternativt ta kontakt med kundtjänst. Under vecka 26 till 33 är det enbart akuta utprovningar som genomförs. Akut - innebär fara för vårdtagarens liv eller att vårdtagarens medicinska status väsentligt riskerar att försämrans.

Följande konsulenter är i tjänst:

- v. 26: Emma, Martin, Thina, Cecilia, Julia och Helena (måndag-torsdag)
- v. 27: Emma, Helena, Thina och Julia (måndag-tisdag)
- v. 28: Emma, Thina och Cecilia
- v. 29: Maria och Cecilia
- v. 30: Maria, Johanna, Cecilia och Helena (tisdag-torsdag)
- v. 31: Martin, Johanna och Cecilia
- v. 32: Martin, Maria och Johanna
- v. 33: Emma, Martin, Maria, Johanna, Helena och Thina

Nytt avtal Trehjulig cyklar

Uppdaterad sortimentsöversikt är på gång och kommer publiceras i webSesam under Allmän info – Trehjuliga cyklar.

Aktuella cyklar på avtal:

Trehjulig cykel enkel för barn/ungdom/vuxen leverantör Skeppshult.

Trehjulig cykel med dubbelt vevparti barn leverantör Pernova.

Trehjulig cykel avancerad för barn/ungdom leverantör Schuchmann.

Du som förskrivare kan själva beställa utprovningscykel 24 tums från Skeppshult om ni vill genomföra utprovning själv, för mer information se sortimentsöversikten.

Avtalsstart Sulky från 1 juni

Från och med den 1 juni har vi en ny sulky i sortiment, Chilla. Information finns i sortimentsöversikten för Manuella rullstolar på sidan 30. Vid frågor kontakta ansvarig hjälpmedelmedelskonsulent Helena Runesson.

Utbildningar i Hjälpmedelscenters regi

- Onlineutbildning Positioneringslarm
- 31/5 - Sortimentsvisning Dusch-/toalettstol M2 och M2 el-tip

Nästa Nyhetsbrev

Nästa Nyhetsbrev publiceras den 20 juni.

KONTAKTUPPGIFTER:

Kundtjänst:

Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 1)

hjalpmedelscenter@regionblekinge.se

Teknisk service:

Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 2)

Telefontid vardagar 8-9 samt 13-14

tekniskservice.hmc@regionblekinge.se

Transportplanering:

Tel. 0455-73 63 35 (Knappval 3)

transport.hmc@regionblekinge.se

